GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

Secretaria SECRETARIA DA SAUDE
Emitente UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTODO SISTEMA UNICO DE SAUDE NA REGI Tel (71)3119-9887
Endereço SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB Fax
Cidade Salvador Estado BA CEP: 41.745-002
C.N.P.J. 05816630000152 Insc.Estadual ISENTO
Titular FÁBIO VILAS-BOAS
Decreto PORT. 654 DE31/05/16

RM nº: 19.08012/2020
Licitação nº: 19.004-PE032/2019
Dispensa Tradicional nº:
Data Public.
Data abertura
Unid.Fiplan: 19601.0109

AFM nº: 19.300.00066/2020 Página 1
Geração 16/03/2020
Emissão 16/03/2020
Processo nº: 019.5050.2020.0028713-82
SRD nº: 19.601.0109.20.0000090-2
LID nº: 19.601.0109.20.0000073-1
INT nº 19.601.0109.20.0000074-6
Dotação Orçamentária: 19601.0109.10.302.313.5607.9900.44905200.0325800092.1

A Nota Fiscal deve ser emitida em nome do emitente acima, contendo código do item contratado, banco/agência/conta bancária e nº da AFM.

Fornecedor DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J / C.P.F. 15331924000148 Insc.Estadual 256.688.630
Endereço RUA GUSTAVO ZIMMERMANN, 8650 GALPÃO 02, 03 E 06 - ITOUPAVA CENTRAL comercial@desematec.com.br E-mail2: Insc.Municipal 97931
CEP: 89063001 E-mail3:
Cidade Blumenau Estado SC Representante Legal TEL.: Fax

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO	UM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	PRZ.ENTREGA
1	Cód. do Item: 65.30.19.00021194-0 Marca: DESEMATEC CAMA, hospitalar, fawler, adulto, dimensoes minimas de 2000 mm (comprimento) x 950 mm (largura) x 740 mm (altura), de leito com estrado articulado em chapa de material nao oxidavel, perfurado, estrutura tubular em aco, espessura minima de 2,5mm, diametro minimo 25mm, estrutura de material nao oxidavel reforcada, acabamento lateral em chapa de material nao oxidavel, manivelas escamoteaveis em material nao oxidavel, articulaveis com movimentos fawler, elevacao de altura e trendelemburg, cabeceira e peseira removiveis confeccionada em material nao oxidavel, cabeceira deve poder se elevar ao angulo 90 graus; quadro dos pes (base) em tubos de minimo de 30 x 70 mm com cantoneira em material nao oxidavel, 4 rodizios com diametro minimo de 6 polegadas, sendo 2 com sistema de freio em diagonal instantaneo; para-choque em material tipo PVC ou borracha para protecao de parede nos 4 cantos da cama; dois pares de grades laterais que cubram toda a area escamoteaveis em material nao oxidavel; deve acompanhar suporte para soro com no minimo dois ganchos, feito em material nao oxidavel e colchao com espuma em poliuretano, densidade 28, de no minimo 10 cm, revestido em vinil reforcado na cor azul, costura vulcanizada, com abertura lateral em ziper reforcado, com certificado da densidade da espuma; manual de operacao em portugues; garantia minima de dois anos; certificado de registro do equipamento na Anvisa.	Un	100,00	2.138,8800	213.888,00	60

TOTAL GERAL: 213.888,00

TOTAL POR EXTENSO: DUZENTOS E TREZE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS

UNIDADE: SECRETARIA DA SAUDE - UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTODO SISTEMA UNICO DE SA
LOCAL DE ENTREGA: 19.300.0003 - SECRETARIA DA SAÚDE - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA GERINO SOUSA FILHO, 1815, CONDOMINIO MANHATTAN
Lauro de Freitas CAJI (71) 3288-9532

COORDENADOR DIRIGENTE FORNECEDOR

_____(Ba), ___/___/_____ _____ , ___/___/_____ _____ , ___/___/_____ _____

1ª via Fornecedor - 2ª e 3ª vias Divisão de Suprimento - 4ª Contabil/Financeira

Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Rizzotto**, **Representante Legal da Empresa**, em 17/03/2020, às 06:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Tereza de carvalho Braga**, **Coordenador I**, em 17/03/2020, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00016910161** e o código CRC **5CF4000C**.

Referência: Processo nº 019.5050.2020.0028713-82 SEI nº 00016910161