



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

Secretaria	SECRETARIA DA SAUDE	RM nº:	19.10245/2020	AFM nº:	19.300.00128/2020	Página	1
Emitente	UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA REGIÃO DE SAUDE	Licitação nº:	19.004-PE032/2019	Geração	31/03/2020		
Endereço	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	Dispensa Tradicional nº:		Emissão	31/03/2020		
Cidade	Salvador	Data Public.		Processo nº:	019.5050.2020.0034062-41		
C.N.P.J.	05816630000152	Data abertura		SRD nº:	19.601.0109.20.00000156-9		
Insc. Estadual	ISENTO	Unid.Fioplan:	19601.0109	LID nº:	19.601.0109.20.00000140-1		
Titular	FÁBIO VILAS-BOAS			INT nº:	19.601.0109.20.00000137-8		
Decreto	PORT. 654 DE31/05/16			Dotação Orçamentária:	19601.0109.10.302.313.5607.9900.44905200.0125800092.1		

A Nota Fiscal deve ser emitida em nome do emitente acima, contendo código do item contratado, banco/agência/conta bancária e nº da AFM.

Fornecedor	DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA	C.N.P.J./C.P.F.	15331924000148	Insc. Estadual	256.688.630
Endereço	RUA GUSTAVO ZIMMERMANN, 8650 GALPÃO 02, 03 E 06 - ITROUPAVA CENTRO COMERCIAL@desematec.com.br	E-mail:		Insc. Municipal	97931
Cidade	Blumenau	Estado	SC	CEP:	89063001
		Representante Legal		E-mail:	
		TEL:		Fax:	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO	UM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	PRZ.ENTREGA
1	Cód. do Item: 65.30.19.00021194-0 Marca: DESEMATEC CAMA, hospitalar, fawler, adulto, dimensoes minimas de 2000 mm (comprimento) x 950 mm (largura) x 740 mm (altura), de leito com estrado articulado em chapa de material nao oxidavel, perfurado, estrutura tubular em aco, espessura minima de 2,5mm, diametro minimo 25mm, estrutura de material nao oxidavel reforçada, acabamento lateral em chapa de material nao oxidavel, manivelas escamoteaveis em material nao oxidavel, articulaveis com movimentos fawler, elevacao de altura e trendelemberg, cabeceira e peseira removiveis confeccionada em material nao oxidavel, cabeceira deve poder se elevar ao angulo 90 graus; quadro dos pes (base) em tubos de minimo de 30 x 70 mm com cantoneira em material nao oxidavel, 4 rodizios com diametro minimo de 6 polegadas, sendo 2 com sistema de freio em diagonal instantaneo; para-choque em material tipo PVC ou borracha para protecao de parede nos 4 cantos da cama; dois pares de grades laterais que cubram toda a area escamoteaveis em material nao oxidavel; deve acompanhar suporte para soro com no minimo dois ganchos, feito em material nao oxidavel e colchao com espuma em poliuretano, densidade 28, de no minimo 10 cm, revestido em vinil reforçado na cor azul, costura vulcanizada, com abertura lateral em zipper reforçado, com certificado da densidade da espuma; manual de operacao em portuges; garantia minima de dois anos; certificado de registro do equipamento na Anvisa.	Un	450,00	2.430,0000	1.093.500,00	60

TOTAL GERAL: 1.093.500,00

TOTAL POR EXTENSO: UM MILHÃO, NOVENTA E TRES MIL E QUINHENTOS REAIS

UNIDADE: SECRETARIA DA SAUDE - UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SA
 LOCAL DE ENTREGA: 19.300.0003 - SECRETARIA DA SAÚDE - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA GERINO SOUSA FILHO, 1815, CONDOMINIO MANHATTAN
 Lauro de Freitas CAJI (71) 3288-9532

COORDENADOR

DIRIGENTE

FORNECEDOR

(Ba),

1ª Via Fornecedor - 2ª e 3ª vias Divisão de Suprimento - 4ª Contábil/Financeira



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Rizzotto, Representante Legal da Empresa**, em 31/03/2020, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Tereza de carvalho Braga, Coordenador I**, em 01/04/2020, às 18:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso=0, informando o código verificador **00017362568** e o código CRC **19F6E0F4**.