



Secretaria SECRETARIA DA SAUDE	RM nº: 19.24110/2021	AFM nº: 19.102.00893/2021	Página 1
Emitente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL REGIONAL PRADO VALADARES	Licitação nº: 19.004-PE137/2021	Geração 04/08/2021	
Endereço RUA SAO CRISTOVAO, S/N, CENTRO	Dispensa Tradicional nº:	Emissão 04/08/2021	
Cidade Jequié	Data Public.	Processo nº: 019890420210097160-06	
C.N.P.J. 05816630000152	Data abertura	SRD nº: 19.601.0062.21.0001028-0	
	Unid.Fiplan: 19601.0062	LID nº: 19.601.0062.21.0000946-6	
		NT nº	
Titular FÁBIO VILA-BOAS PINTO	Dotação Orçamentária: 19601.0062.10.302.313.2641.9900.33903000.0130000000.1		
Decreto DOE 09.01.2021			

A Nota Fiscal deve ser emitida em nome do emitente acima, contendo código do item contratado, banco/agência/conta bancária e nº da AFM.

Fornecedor LICITATRADE SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C.N.P.J./C.P.F. 32258056000137	Insc.Estadual 796.824.195.115
Endereço R BEBEDOURO, 16 1 ANDAR SALA 1 - JARDIM BEBEDOURO	E-mail: assistente2@licitabr.com	Insc.Municipal 130432/2021
Cidade Guarulhos	CEP: 7091030	
	Estado SP	
	Representante Legal:	TEL.: (11) 4386-1386 Fax

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO	UM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	PRZ.ENTREGA
1	Cód. do Item: 65.15.19.00098288-1 Marca: SCAVMEDICAL FILTRO, umidificador, para uso adulto, respiratorio, trocador de calor e umidade, para uso em ventiladores pulmonares. O filtro deve ser do tipo higrscopico, associado a um filtro bacteriano viral e hidrofobico, com volume corrente na faixa cujo valor minimo seja de 100 ml e cujo valor maximo seja de 1000 ml. O produto deve ser esteril, descartavel, apirogenico e de uso unico. Deve possuir espaco morto interno em conformidade as normas regulamentadoras para este produto. Deve acompanhar o produto tubo flexivel esteril. O produto deve possuir registro no ministerio da Saude. Embalagem que mantenha a integridade do produto. Acondicionado individualmente de acordo com normas de embalagem. Tal embalagem deve garantir a integridade do produto ate o momento da sua utilizacao, permitindo a abertura e transferencia com tecnica asseptica, que atenda a RDC 185/2001 da ANVISA, constando externamente nº. de lote, tempo de validade da esterilizacao (no minimo dois anos a partir da data de esterilizacao), dados de identificacao do fabricante, nº de registro do Ministerio da Saude, e validade do produto de no minimo 12 meses.	Un	1.000,00	5,7800	5.780,00	15



do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula de Assis Camargo Lacerda, Diretor Geral em Exercício**, em 05/08/2021, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00033865548** e o código CRC **074914A6**.