

NOTA TÉCNICA Nº 04/2020 -- LACEN/ SUVISA/ SESAB

Assunto: Orientações para vigilância da ocorrência de cepas de *Candida auris* no estado da Bahia.

O Laboratório Central de Saúde Pública Professor Gonçalo Moniz, referência estadual para vigilância laboratorial epidemiológica, sanitária, e ambiental vem tornar público às Unidades Hospitalares e Maternidades da Secretaria de Saúde do estado da Bahia (SESAB) da Administração Direta e Indireta e particulares, orientações para vigilância da ocorrência de cepas de *Candida auris*.

Em virtude da identificação do primeiro caso positivo de *Candida auris* (*C.auris*) no Brasil, especificamente no estado Bahia em 04 de dezembro de 2020, o LACEN/BA solicita que os laboratórios de microbiologia das unidades de saúde acima citadas encaminhem para este LACEN as espécies reportadas, conforme descrito no quadro abaixo em equipamentos automatizados ou semi-automatizados, a fim de ampliar a vigilância laboratorial e realizar o diagnóstico diferencial de *Candida auris*.

Vitek 2	Microscan	Phoenix	API 20AUX	Auxacolor
<i>Candida haemulonii</i>	<i>Candida famata</i>	<i>Candida haemulonii</i>	<i>Rhodotorula glutinis</i>	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>
<i>Candida famata</i>	<i>Candida lusitanae</i>	<i>Candida guilliermondii</i>	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	
	<i>Candida parapsilosis</i>			
	<i>Candida guilliermondii</i>			

Quadro 1. Espécies reportadas por meios de identificação em equipamentos automatizados ou semi-automatizados quando *Candida auris* é analisada.

As cepas isoladas das amostras biológicas dos pacientes que serão encaminhadas ao LACEN/BA devem ser cadastradas no GAL, utilizando a pesquisa *Candida auris*, acondicionadas em caixas térmicas devidamente identificadas com material biológico e **sem gelox** (temperatura ambiente).

Para adicionais esclarecimentos, entrar em contato com a CLAVEP/LACEN através do telefone (71) 3116-5042, horário 07 às 17hs de segunda à sexta ou pelo e-mail lacen.clavep@saude.ba.gov.br

Salvador (BA), 09 de dezembro de 2020.

Arabela Leal e S. de Mello

Diretora