



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde

Coordenação de Laboratório de Vigilância Epidemiológica -

Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN -

SESAB/SUVISA/LACEN/CLAVEP

NOTA TÉCNICA

PROCESSO:	019.5077.2023.0108866-75
ORIGEM:	LACEN/CLAVEP
OBJETO:	Orientações técnicas para realização dos exames complementares Toxoplasmose e Citomegalovírus avidéz

Interessado: Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública (RELSP)

Assunto: NT LACEN/BA nº 02/2023 - Orientações técnicas para realização dos exames complementares Toxoplasmose e Citomegalovírus avidéz.

O Laboratório Central de Saúde Pública Prof. Gonçalo Moniz – LACEN-BA vem orientar por meio desta Nota Técnica os Laboratórios que compõem a Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública (RELSP) sobre a realização dos exames *Toxoplasmose*, *Avidéz IgG* e *Citomegalovírus*, *Avidéz IgG* no Gerenciador de ambiente Laboratorial (GAL).

Os Laboratórios Municipais de Referência Regional (LMRR) estão habilitados a realizar a pesquisa de anticorpos IgM e IgG de Toxoplasmose e Citomegalovírus, enquanto o LACEN/BA é o laboratório de referência estadual para realização dos exames de Avidéz IgG na RELSP.

Na ocorrência de resultado reagente para anticorpos IgG e IgM de Citomegalovírus e/ou Toxoplasmose realizado no LMRR, a amostra de soro (IgG reagente e IgM com valor de index maior que 2,0) deverá ser encaminhada para o LACEN/BA. **As sorologias serão repetidas e após avaliação dos resultados será incluído o exame de Avidéz IgG pelo LACEN/BA.**

Ressaltamos que o exame de Avidéz IgG é preferencialmente indicado para auxiliar no diagnóstico temporal destas infecções em gestantes, com a finalidade de avaliar infecção recente, portanto está restrito neste LACEN para amostras de gestantes até a 16ª semana, não sendo requerido exame de avidéz após este período, conforme consta no Guia de Vigilância em Saúde, 5ª edição, do Ministério da Saúde.

Seguem orientações relativas ao cadastramento no GAL:

I) na área “Informações Clínicas, em “Dados clínicos gerais”, definir Agravado/Doença como **CITOMEGALOVÍRUS** ou **TOXOPLASMOSE**, a depender do caso;

II) Na área “Pesquisas/Exames”, no campo “Nova Pesquisa” deve-se incluir **Citomegalovírus** ou **Toxoplasmose**, conforme caso. Segue descrição dos exames contemplados nessas

pesquisas:

Exame	Metodologia
Citomegalovírus, IgM	Eletroquimioluminescência
Citomegalovírus, IgG	Eletroquimioluminescência

Exame	Metodologia
Toxoplasmose, IgG	Eletroquimioluminescência
Toxoplasmose, IgM	Eletroquimioluminescência

III) No campo “Observações” (último campo da requisição), **solicitar a realização do exame de Aidez e informar resultado qualitativo dos exames** de Citomegalovírus ou Toxoplasmose, a depender do caso, realizados no LMRR. Segue instrução:

Observações

B I U A A

Solicito realizar exame de Citomegalovírus, Aidez.
Exames realizados pelo LMRR:
Citomagalovirus, IgM = resultado/valor (data da liberação)
Citomagalovirus, IgG = resultado/valor (data da liberação)

SDE...	898003936947955	09/01/2019	CICERO DANTAS	07/01/2019	SMS R
S D...	160414545920000	09/01/2019	RIBEIRA DO POMBAL	07/01/2019	R

Salvar Cancelar

Para maiores informações e esclarecimentos, favor entrar em contato por meio dos endereços eletrônicos: laen.atendimento@saude.ba.gov.br ou laen.clavep@saude.ba.gov.br ou laen.gal@saude.ba.gov.br ou pelos telefones: (71) 3112-4895 (CLAVEP/LACEN) ou (71) 3112-4882 (CAT/LACEN) ou (71) 3112-4898 (CTIC/LACEN).



Documento assinado eletronicamente por **Felicidade Mota Pereira, Coordenador II**, em 04/07/2023, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Arabela Leal e Silva de Mello**, **Diretor**, em 05/07/2023, às 09:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00070069405** e o código CRC **964EF246**.

Referência: Processo nº 019.5077.2023.0108866-75

SEI nº 00070069405