



PROCESSO:	019.5027.2025.0021756-84
ORIGEM:	SESAB/SUVISA/LACEN
OBJETO:	Nota Informativa nº 01

Interessado: Unidades de Saúde da Rede SUS

Assunto: Nota Informativa - Orientações para Coleta de Amostras - Teste de Tuberculose - IGRA

Prezados(as) Senhores(as),

Cumprimentando-os(as) cordialmente, vimos através deste, reforçar as orientações para a coleta de amostras do exame de Tuberculose – IGRA, conforme o disposto na Nota Técnica nº 17/2023 SESAB/SUVISA/DIVEP/LACEN que trata da atualização das recomendações e critérios para coleta de amostra do exame Tuberculose – IGRA.

Antes da Coleta:

- ✓ O paciente deve estar em jejum por 4 horas antes do exame.
- ✓ A coleta deve ser feita preferencialmente pela manhã.

Materiais e Preparação:

- ✓ Os tubos de coleta (heparina de lítio ou sódio) devem ser mantidos entre 17°C e 25°C até a coleta.
- ✓ Identificar corretamente os tubos com:
 - Nome completo do paciente (sem abreviações);
 - Data e horário da coleta.

Procedimento de Coleta:

- ✓ Usar seringa a vácuo com agulha 21G ou 23G.
- ✓ Em caso de coletas com acessos difíceis, usar scalp (agulha butterfly) e seguir uma dessas opções:
 - Utilizar um tubo de descarte antes da coleta principal ou
 - Realizar a coleta com seringa e depois transferir para o tubo, garantindo 8mL de sangue.
- ✓ Volume necessário:
 - 2 tubos de 4mL **ou**;
 - 1 tubo de 9mL.
- ✓ Após a coleta, homogeneizar o tubo por inversão de 8 a 10 vezes, até dissolver

completamente a heparina (de acordo com orientação do fabricante).

Importante:

O LACEN/BA fornece tubos de 9mL e 4mL através do e-mail laen.cgr@saude.ba.gov.br. Na utilização de tubos de 9mL, utilize apenas 1 tubo por paciente, na utilização de tubos de 4mL, utilize 02 tubos por paciente, para atender ao volume total exigido para a realização do teste.

✓ Para coletas abertas (com seringa e agulha):

- O sangue deve ser desprezado lentamente pelas paredes do tubo até atingir a marca PRETA do fabricante.
- Esse cuidado é essencial para manter a proporção ideal entre sangue e anticoagulante.
- Amostras com volume inferior ou superior à marca preta serão rejeitadas e será solicitada nova amostra.

Amostras com volume inferior ou superior à marca preta serão rejeitadas e será solicitada nova amostra.



Para maiores informações e esclarecimentos, entrar em contato por meio dos endereços de e-mail: laen.atendimento@saude.ba.gov.br ou laen.clavep@saude.ba.gov.br, ou pelos telefones provisórios: (71) 3112-4779/4882/4889 (CAT/LACEN) ou (71) 3112-4895 (CLAVEP/LACEN).



Documento assinado eletronicamente por **Arabela Leal e Silva de Mello**, **Diretor**, em 10/02/2025, às 13:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00107677469** e o código CRC **AEBF740A**.